



INTERCIENCIA S.A
Análisis y Control Industrial

INTERCIENCIA S.A.

Italia 4279
B1702AKK CIUDADELA (Bs.As.)
Tel: (5411) 4116-9874
Fax: (5411) 4653-0834
CUIT N°: 30-68771320-2
II.BB. 902-189396-1
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

e-mail: info@interciencia.com www.interciencia.com

INFORMACION DEL PRODUCTO

Descripción

Kit de residuos de huevo mejorada

Codigo	ESEGG-48
solución especial de extracción	ESADDSOL



Enhanced Egg Residue kit
ESEGG-48

Descripción

Para la detección de residuos de huevo en los productos alimenticios y muestras ambientales.

El huevo de gallina es una de las causas más frecuentes de intolerancia alimentaria en lactantes y niños pequeños.

El ovomucoide es conocido por ser uno de los principales alérgenos en la clara de huevo y parece ser alergénico en cantidades diminutas.

Debido a sus propiedades alergénicas y termoestables, ovomucoide fue elegida como la proteína indicadora para los sistemas de ELISA Enhanced huevo de residuos ELISA.

Este ensayo es una prueba rápida y fiable que reduce significativamente el tiempo requerido para la detección de productos alimenticios para la presencia de residuos de huevo.

Tenga en cuenta: Se requiere una solución especial de extracción para muestras que contienen polifenoles, incluyendo el chocolate oscuro, vino, zumos de frutas, hierbas y taninos. (**Código de producto: ESADDSOL**)

Uso previsto

El ensayo del residuo del huevo mejorada ELISA SYSTEMS es un inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) que puede utilizarse para productos alimenticios de pantalla para la presencia de material de huevo.

Controles kit que se suministran , normas de pilas : 0, 1,0, 2,5, 5,0 y 10,0 ppm (mg / kg) Polvo de huevo



INTERCIENCIA S.A
Análisis y Control Industrial

INTERCIENCIA S.A.

Italia 4279
B1702AKK CIUDADELA (Bs.As.)
Tel: (5411) 4116-9874
Fax: (5411) 4653-0834
CUIT N°: 30-68771320-2
II.BB. 902-189396-1
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

e-mail: info@interciencia.com www.interciencia.com

INFORMACION DEL PRODUCTO

Saludos Cordiales , Marian Matias